



茂名市电白区采购项目验收报告单

根据捐助协议的约定，我单位对协议项下 惠民工程-健康医疗帮扶促进项目（捐赠单位：江西文瀚医疗器械有限公司）供应商提供的货物进行了验收。验收情况如下：

序号	技术规格、标准及要求 (服务内容、标准)	数量 (年限)
1	惠民工程-健康医疗帮扶促进项目 (具体详见捐助协议附件)	1 批
验收 具 体 内 容	品牌产地是否正确： <input checked="" type="checkbox"/> 规格型号是否正确： <input checked="" type="checkbox"/> 配置是否正确： <input checked="" type="checkbox"/> 数量是否正确： <input checked="" type="checkbox"/> 安装调试是否正常： <input checked="" type="checkbox"/> 是否有产品合格证： <input checked="" type="checkbox"/> 其他内容与合同条款是否一致： <input checked="" type="checkbox"/> (超出上述选项的，应当另附验收内容。)	
是否有专业机构检测验收报告 (选择有的，必须填写)： <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有		与代理机构联合验收意见 (选择有的，必须填写)： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 没有
<p>采购验收结论及付款建议：</p> <p>验收小组根据捐助协议和甲乙双方签署的货物交接清单，对项目进行验收，现场抽查核对货物的材质、规格、数量均符合要求，验收通过。</p> <p>注：据捐助设备补充说明及产品彩页资料，生化免疫流水线 迈瑞 (SAL9000)，由 BS-2000 生化模块、CL-6000i 免疫模块和 SPL-2000 样本处理模块组成，详见说明函。</p>		
验收小组成员分别 (签字)： <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;"> <p>邓卫红</p> <p>杨伟荣</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>钟荣兴</p> <p>杨景航</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>李... (handwritten)</p> <p>杨景航</p> </div> </div>		
验收小组组长 (签字)： <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>杨伟荣</p> </div>		<div style="text-align: center;">  <p>采购人 (公章)</p> <p>2021 年 12 月 29 日</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>采购代理机构 (公章)</p> <p>2021 年 12 月 29 日</p> </div>

验收小组签到表

项目名称：惠民工程-健康医疗帮扶促进项目

验收会议地点：茂名市电白区中医院

验收会议日期：2021年12月29日

序号	姓名	工作单位	职务	联系电话
1	邓卫红	茂名市水利水电勘测设计院	经济师	13828619438
2	杨律荣	茂名高级技工学校	高级讲师	13005674930
3	杨荣兴	茂名食品检验检测中心	主管药师	13828680200
4	李玲	茂名市电白区中医院		13820195454
5	李青	茂名市代埋有限公司		18023992679
6	杨昊旻	茂名市电白区中医院		13828658592
7				